



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.М.000707.06.23 ОТ 27.06.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "Арти"; Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Говорова, дом 87, пом. 14, 15 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Арти"; Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 2А, этаж 3, офис 35 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "Радэк" №1040/23 от 07.06.2023. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 26.06.2028 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3586406

Н.А. Дрозд



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.000707.06.23 ОТ 27.06.2023 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения ООО "Арти"; Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Говорова, дом 87, пом. 14, 15.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:

Рентгеновский кабинет №б/н размещается на 3-м этаже многоэтажного нежилого отдельно стоящего здания бизнес-центра, процедурная - 10,8 кв. м.:

- аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа "PAPAYA 3D", зав.№GCT-051307-70421, год выпуска - 2021, год монтажа - 2023, производства Genoray Co., Ltd (Корея), рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 90 кВ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Н.А. Дрозд

№0078231